

Valsts ieņēmumu dienesta rīkotā
Publiskā iepirkuma
“Naftas produktu kvalitātes un daudzuma kontroles ierīču un materiālu piegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2026/141
ieinteresētā piegādātāja jautājums un komisijas sniegtā atbilde
2026. gada 13. augustā

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) 2026. gada 22. janvāra rīkojumu Nr. 20 izveidotā iepirkumu komisija “Par iepirkumu komisijas izveidošanu materiāli tehniskā nodrošinājuma un pakalpojumu saņemšanai” (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par Publiskā iepirkuma “Naftas produktu kvalitātes un daudzuma kontroles ierīču un materiālu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2026/141 (turpmāk – Iepirkums), uzaicinājumu un vienlaikus ar atbilžu sniegšanu jautājuma iesniedzējam ievieto šo informāciju VID tīmekļvietnē: [Naftas produktu kvalitātes un daudzuma kontroles ierīču un materiālu piegāde | Valsts ieņēmumu dienests](#).

Jautājums:

“Izvērtējot iepirkuma Nr. FM VID 2026/141 tehniskās specifikācijas prasības pozīcijai 2.14. “Konteiners”, kā arī tirgū pieejamos sērijveida transporta konteinerus, konstatējām, ka prasība “Tilpums: 30 l” nav tehniski savietojama ar pārējām specifikācijā noteiktajām prasībām.

Specifikācijā paredzēts vienā līmenī transportēt vismaz 12 stikla pudeles ar maksimālo diametru 100 mm un maksimālo augstumu 250 mm. Vienlaikus katrai pudelei jāparedz individuāla šūna ar minimālo izmēru 100 × 100 mm.

Izvietojot 12 šūnas 4 × 3 konfigurācijā, minimālā nepieciešamā iekšējā telpa ir 400 × 300 × 250 mm, kas pati par sevi jau atbilst 30 l tilpumam.

Tas ir tikai teorētiskais ģeometriskais minimums. Reālā konstrukcijā papildus nepieciešama vieta starpsienai vai režģa materiāla biezumam, konstrukcijas elementiem, pielaidēm pudelu ievietošanai un izņemšanai, kā arī pudelu fiksācijas un citiem drošības elementiem. Tādēļ faktiski nepieciešamajam konteineram iekšējam tilpumam jābūt lielākam par 30 l.

Arī tirgū pieejamo sērijveida 30 l transporta konteineru izmēri to apstiprina. Šādas ietilpības konteineru iekšējie izmēri ir aptuveni 400–405 × 300 × 248–250 mm, proti, pieejamā telpa jau bez starpsienām praktiski sakrīt ar specifikācijā noteikto absolūto minimumu. Līdz ar to tajos nav iespējams izveidot 12 individuālas vismaz 100 × 100 mm šūnas un vienlaikus nodrošināt nepieciešamās konstrukcijas un drošības pielaides.

Savukārt tirgū ir pieejami lielākas nominālās ietilpības sērijveida konteineri, kuri nodrošina nepieciešamo lietderīgo iekšējo telpu un vienlaikus iekļaujas tehniskajā specifikācijā jau noteiktajos maksimālajos ārējos izmēros 400 × 600 × 400 mm. Tādējādi lielāks nominālais tilpums nepalielina pasūtītāja noteiktos maksimālos konteineru gabarītus un nemaina tā paredzēto pielietojumu transportēšanai vieglajā automobilī.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam prasību “Tilpums: 30 l” precizēt šādā redakcijā: “Tilpums: vismaz 30 l”.

Šāds precizējums saglabātu visas pasūtītājam būtiskās funkcionālās un izmēru prasības, vienlaikus ļaujot piedāvāt tehniski realizējamu sērijveida konteineru, kas piemērots 12 pudelu drošai transportēšanai atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam.”

Atbilde:

Komisija informē, ka ir veikti grozījumi Iepirkuma uzaicinājuma 1. tabulā “Tehniskais piedāvājums”, papildinot 2.14. apakšpunktu ar vārdu “vismaz”:

2.14.	Konteiners	Marka vai artikuls: _____ Ražotājs: _____ Tīmekļa vietnes adrese, kurā var atrast informāciju par attiecīgo preces modeli (vai iesniedz preces tehnisko datu lapu):
	Pielietojums: ķīmisko paraugu transportēšanai transporta līdzeklī.	
	Tilpums: vismaz 30 l.	