

Valsts ieņēmumu dienesta rīkotā
Publiskā iepirkuma
“Naftas produktu kvalitātes un daudzuma kontroles ierīču un materiālu piegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2026/141
ieinteresētā piegādātāja jautājums un komisijas sniegtā atbilde
2026. gada 19. augustā

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) 2026. gada 22. janvāra rīkojumu Nr. 20 izveidotā iepirkumu komisija “Par iepirkumu komisijas izveidošanu materiāli tehniskā nodrošinājuma un pakalpojumu saņemšanai” (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par Publiskā iepirkuma “Naftas produktu kvalitātes un daudzuma kontroles ierīču un materiālu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2026/141 (turpmāk – Iepirkums), uzaicinājumu un vienlaikus ar atbilžu sniegšanu jautājuma iesniedzējam ievieto šo informāciju VID tīmekļvietnē: [Naftas produktu kvalitātes un daudzuma kontroles ierīču un materiālu piegāde | Valsts ieņēmumu dienests](#).

Jautājums:

“Izvērtējot iepirkuma Nr. FM VID 2026/141 tehniskās specifikācijas prasības, lūdzam precizēt šādas prasības.

1. Pozīcija 2.2. “Antistatiska trose”

Tirgū ir pieejamas 50 m garas tērauda troses ar PTFE apvalku, kas paredzētas paraugu ņemēju iegremdēšanai, taču ražotāji tām neapstiprina dzirksteles neradošas/Ex īpašības. Savukārt darbam ar uzliesmojošiem šķidrumiem ražotāji piedāvā cita materiāla, piemēram, vara, troses, kurām šādas drošības īpašības ir paredzētas un apliecinātas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam prasību:

“Materiāls: tērauda trose ar apvalku”

precizēt šādā redakcijā:

“Materiāls: tērauda trose ar apvalku vai cita materiāla trose, kas paredzēta drošai lietošanai naftas produktu paraugu ņemšanai.”

Šāds precizējums saglabātu Pasūtītājam būtiskās funkcionālās un drošības prasības, tostarp antistatiskumu un dzirksteles neradošas īpašības, vienlaikus ļaujot piedāvāt tirgū pieejamus sērijveida risinājumus.

2. Pozīcija 2.4. “Paraugu ņemšanas trauks ar teleskopisku kātu”

Tehniskajā specifikācijā noteikta prasība:

“Atbilstība standartiem: jāatbilst standarta EN 13463-1 – Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm – prasībām (1. daļa: Pamatmetode un prasības) vai ekvivalents.”

Minēto standartu ir aizstājis EN ISO 80079-36:2016, kura darbības jomā nav ietverti rokas instrumenti un manuāli darbināmas ierīces bez enerģijas uzkrāšanas.

Paraugu ņemšanas trauks ar teleskopisku kātu ir manuāli darbināms instruments bez elektriskas piedziņas un enerģijas uzkrāšanas, līdz ar to prasība par atbilstību EN 13463-1 vai tā ekvivalentam šāda veida izstrādājumam nav attiecināma.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam svītrot prasību par atbilstību EN 13463-1 vai ekvivalentam.”

Atbilde:

Komisija skaidro, ka piegādātajam ir tiesības piedāvāt ekvivalentu risinājumu, ja tas atbilst iepirkuma priekšmetam izvirzītajām prasībām un nodrošina tehniskajā specifikācijā noteikto funkcionalitāti, kvalitāti un drošības prasības. Vienlaikus Komisija informē, ka ir veikti grozījumi Iepirkuma uzaicinājuma 1. tabulā "Tehniskais piedāvājums", papildinot 2.2. apakšpunktu ar vārdiem "vai cita materiāla trose, kas paredzēta drošai lietošanai naftas produktu paraugu ņemšanai":

2.2. 2.2. 2.2. 2.2.	Antistatiska trose
	Pielietojums: naftas produktu ņemšanas vadīšanai (iegremdēšanai/izvilksšanai dažādos rezervuāros/tilpnēs)
	Diametrs: ne mazāk par 2 mm
	Garums: ne mazāk par 50 m
	Materiāls: tērauda trose ar apvalku vai cita materiāla trose, kas paredzēta drošai lietošanai naftas produktu paraugu ņemšanai.
	Speciālas prasības/īpašības materiālam: antistatiskums, dzirksteļu neradošs lietošanas laikā.

Papildus tam tiek svītrotā 2.4. apakšpunktā ietvertā atsauce uz spēku zaudējušo standartu EN 13463-1.

2.4. 2.4. 2.4. 2.4. 2.4. 2.4.	Paraugu ņemšanas trauks ar teleskopisku kātu
	Pielietojums: paraugu ņemšanai no rezervuāriem, cisternām.
	Trauka materiāls: nerūsējošais tērauds
	Paraugu ņemšanas trauks: tilpums 1 l
	Kāts: teleskopisks, izbīdāms līdz 3 (trīs) m.
	Kāta materiāls: metāls ar pārklājumu vai plastmasa, vai cits triecienizturīgs materiāls, vai šo materiālu kombinācija.
	Atbilstība standartiem: jāatbilst standarta EN 13463-1 Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm prasībām (1. daļa: Pamatmetode un prasības) vai ekvivalents

Komisija vienojas pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2026. gada 27. augustam plkst. 10.00.