

Valsts ieņēmumu dienesta rīkotā
Publiskā iepirkuma
“Radiācijas mērītāju diagnostika un remonts”
Iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2026/134
ieinteresētā piegādātāja jautājums un komisijas sniegtā atbilde
2026. gada 16.septembrī

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) 2026. gada 22. janvāra rīkojumu Nr. 19 izveidotā iepirkumu komisija “Par iepirkumu komisijas izveidošanu muitas speciālā tehniskā nodrošinājuma un pakalpojumu saņemšanai” (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par Publiskā iepirkuma “Radiācijas mērītāju diagnostika un remonts”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2026/134 (turpmāk – Iepirkums), uzaicinājumu un vienlaikus ar atbilžu sniegšanu jautājuma iesniedzējam ievieto šo informāciju VID tīmekļvietnē: [Radiācijas mērītāju diagnostika un remonts | Valsts ieņēmumu dienests](#) .

.

.

Jautājums:

“[...]Vēlamies iebilst, ka lai profesionāli veiktu iekārtu remontu un testēšanu, ir nepieciešama iekārtas diagnostika, bet Nolikumā nav norādīta prasība , lai remonta veicējam būtu pieejami nepieciešamie kontrolavoti (gamma un neitronu starojumam), ar ko novērtēt iekārtas darba spējas pēc remonta veikšanas. Mūsuprāt, šāda prasība ir obligāti nepieciešama, citādi remontam nav jēgas, jo remonta veicējs nevar novērtēt iekārtas darba spējas. Lūdzu noteikti iekļaut šādu prasību Nolikumā, tas nodrošinātu normālu konkurenci un atsijātu neprofesionāļus, kas, iespējams, piedāvās pakalpojumu, ko nevar nodrošināt, līdz ar ko radītu bezjēdzīgu konkurenci”

Atbilde:

Komisija paskaidro, ka Iepirkuma uzaicinājumā tiks veikti grozījumi.